



“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД  
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. "Ил  
тел. +3  
факс:

www.bdz.bg  
bdzcargo@bdz.bg

Подписът е заличен на

ОД основание чл.1, ал. 1 и ал.3 от ЗЗЛД  
ИИ  
УГ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ЗА ДОСТАВКА НА 4 / ЧЕТИРИ / БРОЯ НА АНАЛИЗАТОРИ ЗА АЛКОХОЛ В ДЪХА**

**ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ПАРАМЕТРИ**

Анализаторите за алкохол в дъха предназначен за проверка на трезвеността на служителите да отговорят на изискванията на стандарт БДС EN 15964

Анализаторът за алкохол в дъха е предназначен да се използва за определяне концентрацията на етилов алкохол в издишвания от белите дробове въздух.

Анализаторът за алкохол в дъха трябва да е конструиран така, че да гарантира максималната допустима грешка без настройване в продължение на 6 до 12 месеца след първоначалното му пускане в употреба.

Анализаторът за алкохол в дъха трябва да извършва измерване само ако взетата проба се приема за представителна по отношение на издишания от белите дробове въздух.

Анализаторът за алкохол в дъха не трябва да отчита резултат при прекъсване на потока на издишания въздух или при наличие на алкохол в горните дихателни пътища.

Преди всяко измерване анализаторът за алкохол в дъха трябва да посочва автоматично, че е готов да извърши правилно измерване.

Измерването не трябва да се извършва, ако автоматичната проверка покаже, че то се извършва неправилно.

Обхватът на измерване на концентрацията на етиловия алкохол трябва да е от 0 mg/l поне до 1,5 mg/l.

Обхватът на измерване на обема на издишания въздух трябва да е от 1,5 l до 4,5 l, с продължителност на издишването от 5 s до 15 s.

Преносими анализатори трябва да са предназначени да работят в отворени пространства със средни климатични условия.

Стационарните и преносимите анализатори на алкохол в дъха трябва да са предназначени да работят в пространства със значителна или висока степен на вибрации и удари и при атмосферно налягане от 800 hPa до 1040 hPa.

Влиянието на електромагнитно смущение трябва да е такова, че изменението на резултата от измерване да не е по-голямо от максимално допустимата грешка.

Анализаторът за алкохол в дъха трябва да показва резултата от измерването в mg/l или в промили "‰"

Анализаторите за алкохол в дъха да имат гаранционен срок не по- кратък от 12 месеца

**Място на доставка:**

„БДЖ Товарни превози“ ЕООД – София ул. Иван Вазов №3

**При доставка да бъдат доставени документи:**

Фактура

Приемателно - предавателен протокол

Гаранционна карта

Срок на следваща проверка

**Съгласувал:**

**инж. Валентин Въл**

*Ръководител отдел*

Подписът е заличен на  
основание чл.1, ал. 1 и ал.3 от ЗЗЛД

**Изготвил: инж. Коста**

*гл. експерт „Вагони“ в отдел „Восстановително-ремонтно“*