



“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Ив. Вазов” №3, гр. София 1080
тел: +359 2 932 45 05
факс: +35

www.bdz.bg
bdzcargo@bdz.bg

ОДО
ИНЖ
УПРА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

“ ” “ ”
“ ” “ 01 ” “ 0 ”

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ДОСТАВКА НА 4 / ЧЕТИРИ / БРОЯ НА АНАЛИЗATORИ ЗА АЛКООХОЛ В ДЪХА**

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ПАРАМЕТРИ

Анализаторите за алкохол в дъха предназначен за проверка на трезвеността на служителите да отговорят на изискванията на стандарт БДС EN 15964

Анализаторът за алкохол в дъха е предназначен да се използва за определяне концентрацията на етилов алкохол в издишвания от белите дробове въздух.

Анализаторът за алкохол в дъха трябва да е конструиран така, че да гарантира максималната допустима грешка без настройване в продължение на 6 до 12 месеца след първоначалното му пускане в употреба.

Анализаторът за алкохол в дъха трябва да извърши измерване само ако взетата проба се приема за представителна по отношение на издишвания от белите дробове въздух.

Анализаторът за алкохол в дъха не трябва да отчита резултат при прекъсване на потока на издишания въздух.

Анализаторът за алкохол в дъха да може извърши бързи тестове за наличие на алкохол чрез специална функция.

Преди всяко измерване анализаторът за алкохол в дъха трябва да посочва автоматично, че е готов да извърши правилно измерване.

Измерването не трябва да се извърши, ако автоматичната проверка покаже, че то се извърши неправилно.

Обхватът на измерване на концентрацията на етиловия алкохол трябва да е от 0 mg/l поне до 1,5 mg/l.

Преносими анализатори трябва да са предназначени да работят в отворени пространства със средни климатични условия.

Анализаторите на алкохол в дъха трябва да са предназначени да работят в пространства със значителна или висока степен на вибрации и удари и при атмосферно налягане от 800 hPa до 1040 hPa.

Влиянието на електромагнитно смущение трябва да е такова, че изменението на резултата от измерване да не е по-голямо от максимално допустимата грешка.

Анализаторът за алкохол в дъха трябва да показва резултата от измерването в mg/l или в промили "%"

Анализаторът за алкохол в дъха трябва да бъде окомплектован с фуния за бърз тест и куфар за съхранение и транспорт,

Менюто на анализаторите за алкохол в дъха да е на български език.

Анализаторите за алкохол в дъха да имат гаранционен срок не по-крайно от 12 месеца

Място на доставка:

„БДЖ Товарни превози“ ЕООД – София ул. Иван Вазов №3

При доставка да бъдат доставени документи:

Фактура

Приемателно - предавателен протокол

Гаранционна карта

Срок на следваща проверка