



„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. „Никола Вапцар“ № 3, гр. София 1080
тел.: +359 2 932 45 05
факс: +359 2 987 79 83

www.bdzcargo.bdz.bg
e-mail: bdzcargo@bdzcargo.bg

ОДОБР

Приложение 1

ИНЖ. М
УПРАВИТЕЛ НА
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ЕООД

“ ” “ ”
“ ” α, 01 “ β ”

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

с предмет: „Доставка, инсталиране и монтаж на термостатна вана за определяне на кинематичен вискозитет на нефтопродукти “

1. Вид на оборудването:

Термостатна вана за определяне на кинематичен вискозитет на нефтопродукти.

2. Област на приложение:

Определяне на кинематичния и изчисляване на динамичния вискозитет на нефтопродукти, прозрачни и непрозрачни течности, съгласно БДС EN ISO 3104.

3. Брой на оборудването: 1 бр. термостатна вана.

4. Местоположение /доставка на оборудването/:

4.1. Локомотивно депо Русе, гр. Русе – 7000, обл. Русенска, ул. „Тутракан“ № 2;

5. Технически изисквания:

5.1. Микропроцесорен температурен контрол на ваната.

5.2. Наличие на минимум 4 /четири/ броя гизда на въртящ се диск, за поставяне на капилярни вискозиметри Ubbelohde, или еквивалент;

5.3. Ваната да притежава собствено осветление.

5.4. Температурен обхват на ваната – от 20°C до 120 °C.

5.5. Точност на поддържане на температурата, °C +/- 0,01;

5.6. Възможност за плавно регулиране на нагряването;

5.7. Уредът да предоставя възможност за лесна и удобна работа;

6. Захранване: 220 V;

7. Съответствие с:

Европейски стандартен метод БДС EN ISO 3104 – Нефтопродукти. Прозрачни и непрозрачни течности. Определяне на кинематичния вискозитет и изчисляване на динамичния вискозитет.

8. Други изисквания:

8.1. Срокът за изпълнение на поръчката да е не повече от 1 (един) месец, считано от деня, следващ деня на сключване на договора.

8.2. Срокът за доставка, монтажът, инсталацията и въвеждането в експлоатация да е не повече от 1 (един) месец, считано от деня, следващ деня на сключване на договора;

8.3. Доставката, монтажът и инсталацията на апаратурата в експлоатация да се извърши от Изпълнителя в местоположенията, посочени в т.4 от настоящата техническа спецификация, в работно за администрацията време (от 08:00 до 16:00 часа). С доставката да бъде предоставено техническо описание на уреда и инструкция за работа.

